

Særlige instrukser:

- Forbinding og kateter fjernes efter _____ timer.
- Hvis kateteret ikke fungerer (er tilstoppet eller utæt) skal du fjerne det.
- Pumpen afgiver _____ ml/ timen.

Navn på medicinen:

- Bupivacain 0,25 mg. pr. ml.
- Naropin 2 mg. pr. ml.
- Naropin 7,5 mg. pr. ml.
- Anden type _____

Kontakt din læge hvis du har:

- Tiltagende smerter
- Rødmen, hævelse, smerte eller udsvining ved selve katetret
- Bivirkninger ved medicinen
- Andet _____

FERDINAND
MEDICAL

Kent Ferdinand

Højgårdsvænget 13 | 8600 Silkeborg
tlf. 24 46 80 10 | kent@ferdinandmedical.dk

www.ferdinandmedical.dk

Advarsel:

- Kun til engangsbrug
- Må ikke bruges i badekar, brusebad ellers under svømning.

Er leveret i gennem:

Ferdinand Medical
Vangvedvænget 6
8600 Silkeborg


E-mail kent@ferdinandmedical.dk
Mobil +45 24 46 80 10

FERDINAND
MEDICAL

AutoFuser

Smertebehandlingssystem

Patientvejledning ved brug af



Patientvejledning

Sådan virker AutoFuser.

AutoFuser smertebehandlingssystemet inkluderer en lille elastometrisk pumpe/ballon.

Pumpen er fyldt med et lokalbedøvende middel for at lindre smerterne efter din operation.

Pumpen/ballonen er tilsluttet et kateter (lille slange) tæt ved indgrebsstedet.

Pumpen afgiver automatisk det smertetilfældende middel i små doser.

Under Infusionen

AutoFuser pumpen er fuldt ud bærbar og kan fastgøres til dit tøj eller anbringes i en lille taske.

- Pumpen/ ballonen er beskyttet af en udvendig hård skal.

Efterhånden som medicinen afgives vil pumpen gradvis blive mindre, men der vil ikke være nogen synlig forskel fra time til time.

Ligeledes kan du følge ml. skalaen, som er aftegnet på den udvendige hårde skal.

- Da pumpen er beskyttet af en ydre hård skal. Kan den indvendige elastometriske pumpe ikke påvirkes af tryk.
- Der er noteret antal ml. som pumpen afgiver pr. time.

Efter Infusion

- Al medicin er afgivet når infusionstiden udløber. Pumpen er nu tom. Den indvendige ballon er foldet sammen.

