



osmohale™ Testprotokol

MANNITOL

Navn, personnummer, adresse,

	Liter	% förv.
Præ-test		

Fulgt patientvejledningen? ja nej

Ev. Bemærkninger/aktuelle lægemidler: _____

Trin	Dosis (mg)	FEV1 (test 1)	FEV1 (test 2)	Kumulativ dosis (mg)
Dosis 1	0*			0
Dosis 2	5			5
Dosis 3	10			15
Dosis 4	20			35
Dosis 5	40			75
Dosis 6	80			155
Dosis 7	160			315
Dosis 8	160			475
Dosis 9	160			635

* Målet for 15% reduktion af FEV1 =

* Multipliser udgangsværdien af FEV1 (dosis 0 mg) med 0,85

Positivt resultat af Osmohale- provokationstest

Ett positivt testresultat kan tilvejebringes på 2 forskellige måder:

≥ 15% reduktion af FEV1 fra udgangsværdien

≥ 10% reduktion af FEV1 sammenlignet med næstfølgende dosis

Negativt resultat af Osmohale -provokationstest

En Osmohaletest er negativ, når en kumuleret dosis på 635 mg Osmohale er givet og når patientens FEV1 ikke er gået ned mere end 15% af udgangsværdien.

Definitiv % reduktion: _____ Kumulativ dosis: _____mg

	Liter	% af forv.
Post-test FEV1		

Spirometri efter bronkolyse:

Vigtigt at sikre sig at FEV1 efter undersøgelsen ikke er mindre end 5% af udgangsværdien

Bemærkninger: _____