

Vigtig information

Kontakt din læge eller hospitalet ved følgende tilstande:

- Ved tegn på infektion:
Hvis du oplever tiltagende smerter eller lugt fra brandsåret
Hvis du får feber
- Hvis bandagen krymper eller flytter sig, så dele af brandsåret er uden bandage.
- Hvis bandagen ikke hæfter til brandsåret indenfor ca. 5 døgn efter, at du har fået den på.
- Hvis du oplever, at det væsker tiltagende fra brandsåret efter de første døgn.
- Hvis bandagen føles uudholdelig, ubekvem over led og knoglefremspring, og det ikke hjælper at genfugte bandagen, som beskrevet ovenfor.
- Hvis bandagen efter 21 dage ikke har løsnet sig fra brandsåret

Ring:



Information til dig om bandagering af brandsår

Generel information



Du har fået en bandage på dit brandsår, som er udviklet og designet specielt til brandsår/ andengradsforbrændinger.



Efter ca. 2-5 døgn vil bandagen udtørre og få et udseende, der ligner en sårskorpe. Samtidig med at bandagen tørrer ud, vil den hæfte sig til sårbunden.

Dette er en ønsket egenskab ved bandagering med AQUACEL[®] Burn / AQUACEL[®] Ag Burn på brandsår, **og det er meget vigtigt, at bandagen forbliver på såret.** Du skal derfor aldrig forsøge at fjerne bandagen, når den først hæfter til sårbunden.



I takt med at dit brandsår heler, og ny hud dannes, vil bandagen efter ca. 10-16 dage spontant begynde at løsne sig uden at skade såret og den nydannede hud.



Ved forbrændinger over led

- For at lette bandagens fleksibilitet over led, skal den fugtes med enten sterilt vand eller sterilt saltvand. Dette får du med hjem fra hospitalet, eller det kan købes på apoteket.

Vandet dryppes på bandagen svarende til de led, der skal bevæges. **Det er kun der, hvor bandagen føles stiv eller strammer, at du skal fugte den.** Det er ikke hele bandagen, der skal blive våd. Du kan genfugte efter behov.