

## **Analyse udført i PACS indskrives i X-base skema**

### **RTG 3**

#### Artefakter ja/nej

- Raster 115 cm på lungestativ
- Raster 180 cm på lungestativ
- Raster 115 cm på lejet
- Aftagelig raster lille
- Aftagelig raster stor

#### Billedkvalitet lungestativ

- Opløsning lp/mm
- 7 kontrasttrin synlige; ja/nej
- Antal lavkontrastcirkler
- Afstand fra midt detektor til detektorkant OP i mm
- Afstand fra midt detektor til detektorkant HØJRE i mm

#### Billedkvalitet leje

- Opløsning lp/mm
- 7 kontrasttrin synlige; ja/nej
- Antal lavkontrastcirkler
- Afstand fra midt detektor til detektorkant OP i mm
- Afstand fra midt detektor til detektorkant HØJRE i mm
- Afvigelse stråle/lys OP i mm
- Afvigelse stråle/lys NED i mm
- Afvigelse stråle/lys HØJRE i mm
- Afvigelse stråle/lys VENSTRE i mm

#### Billedkvalitet løs detektor STOR

- Opløsning lp/mm
- 7 kontrasttrin synlige; ja/nej
- Antal lavkontrastcirkler

#### Billedkvalitet løs detektor LILLE

- Opløsning lp/mm
- 7 kontrasttrin synlige; ja/nej
- Antal lavkontrastcirkler